

Liite 11.			
HAMMASHOITOYKSIKÖN JA TARVITTAVIEN LISÄLAITTEIDEN HANKINTA VUODELLE			
H018-12			
HAMMASHOITOLA: Vuosaari	Hoituhuone 6		
Tuote:	kpl	yksikkö hinta	yhteensä €
*hammashoitoyksikkö sisältäen:			
- Imuton hoitokone		1	
- harjaton valomikromoottori ledillä		1	
- valoturbiiniletku		1	
- potilastuoli		1	
- potilasvalaisin ledillä		1	
- sylkykuppi		1	
- tarjotinpöytä:		1	
***yhdelle kokonaiselle tarjottimelle		1	
- kolmitoimiruisku (ei lämmitystä)		1	
-tehoimulaitteisto		1	
***imulaitteisto: klo 15 (koneimu)			
+ erottelusäiliö		1	
- teleskooppivarret		1	
- kevyet haitariletkut		1	
Lisälaitteet:			
* hyväksytty näyttö		1	
*valoturbiinin Multiflex-liitin led		1	
*valoturbiini, "norm.", pään korkeus 12,4-13,7 mm. Korkeus ilmoitettava.		1	
*kulmakappale, sininen (sis.pään) (1:1), yhtenäinen kappale, korkeus 12,2-14,1 mm. Korkeus ilmoitettava.		10	
*profylaksiakulmakappale (sis.pään) . kumikupin, harjan yms. kiinnitys kierteillä, yhtenäinen kappale		10	
*kolmitoimiruiskun holkki täydellisenä, metallinen		10	
*ultraäänilaite vähintään 27 000MHz, valolla ja automaattisella jälkikäytöllä, käyttö hammashoidon eri osa-alueilla		1	
*valokovettajalaite,LED, linssillä , unittiin, vähintään 1250mW/cm2		1	
*Lisä USB-portti klo 12 , kalusteisiin asennettuna		1	
*tarjotinpöytä klo 12		1	

*vanhojen kaapistojen purku ja poiskuljetus	1		
*vanhojen koneiden purku ja poiskuljetus	1		
Kaapistot , sijoitettuna mukana tuleviin piirustuksiin			
suljinmekanismi hidasteilla (sulkeutuvat äänettämästi)			
Sisältäen:			
* peruskaappi (esim. kolmella laatikolla ja tarjotin kaappi), vedettävällä tasolla, ylä-osa rulo-ovella työtaso tahmennuksella / lukituksella	1		
*peruskaappi (esim. neljällä laatikolla ja tarjotin kaappi), rulo-ovilla	2		
* kulmataso (näytölle+näppäimistöille) tarvittaessa läpivienti työtasoon kaapeleita varten , työtaso tarkistusmitattava paikan päällä	1		
* laitekaappi, yläosa rulo-ovella	1		
*yläkaappi, hyllyillä / tarjotinritilöillä, korkea 74 cm	2		
*allaskaappi altaalla sekä roska-aukko pöytä tasossa hammaslääkärin puolella allaskaapissa "roiskesuojat"			
kaappiin esiinvedettävä roskavaunu tai esiinvedettävä taso roskakorille	2		
*työ/atk-taso mittojen mukaan työtilaan sopiva, liikutettavalla laatikostolla , läpivienti työtasoon kaapeleita varten.Tarkistusmittaus tehtävä paikan päällä ennen tilausta.	1		
*yläkaappi hyllyillä ja ovella, mappisyvyys. Hml työpöydän yläpuolelle, korkea 74 cm	2		
*peiliikaappi kahdella dispensoannostelijalla (pitkä varsi) sekä käsipyysheannostelijalla	1		
*erillinen keskusyksikköteline työtason alle (kiinnityskohta sovitaan asennusvaiheessa)	2		
*kaapelikouru työtason alle	2		