

Liite 10.			
HAMMASHOITOYKSIKÖN JA TARVITTAVIEN LISÄLAITTEIDEN HANKINTA VUODELLE			
H018-12			
HAMMASHOITOLA: Vuosaaren ta/hh	Hoituhuone 5		
Tuote:	kpl	yksikkö hinta	yhteensä €
*hammashoitoyksikkö sisältäen:	1		
- Imuton hoitokone	1		
- harjaton valomikromoottori ledillä	1		
- valoturbiiniletku	1		
- potilastuoli	1		
- potilasvalaisin ledillä	1		
- sylkykuppi	1		
- tarjotinpöytä:	1		
***yhdelle kokonaiselle tarjottimelle	1		
- kolmitoimiruisku (ei lämmitystä)	1		
-tehoimulaitteisto	1		
***imulaitteisto: klo 15 (koneimu)			
+ erottelusäiliö	1		
- teleskooppivarret	1		
- kevyet haitariletkut	1		
Lisälaitteet:			
* hyväksytty näyttö	1		
*valoturbiinin Multiflex-liitin led	1		
*valoturbiini, "norm.", pään korkeus 12,4-13,7 mm.			
Korkeus ilmoitettava.	10		
*kulmakappale, sininen (sis.pään) (1:1), yhtenäinen kappale,pään korkeus 12,2-14,1 mm.			
Korkeus ilmoitettava.	10		
*profylaksiakulmakappale (sis.pään) . kumikupin, harjan yms. kiinnitys kierteillä, yhtenäinen kappale	10		
*käsikappale, valolla	5		
*kolmitoimiruiskun holkki täydellisenä, metallinen	10		
*valosondi, multiflex-liittimeen sopiva	10		
*ultraäänilaitte vähintään 27 000MHz, valolla ja automaattisella jälkikäytöllä, käyttö hammashoidon eri osa-alueilla	1		
*valokovettajalaitte,LED, linssillä , unittiin, vähintään 1250mW/cm2	1		

*USB 2.0 tuettu suukamera, kariesdiagnostiikalla	1		
*Lisä USB-portti klo 12 , kalusteisiin asennettuna	1		
*vanhojen kaapistojen purku ja poiskuljetus	1		
*vanhojen koneiden purku ja poiskuljetus	1		
Kaapistot , sijoitettuna mukana tuleviin piirustuksiin			
suljinmekanismi hidasteilla (sulkeutuvat äänettämästi)			
Sisältäen:			
* peruskaappi (esim. kolmella laatikolla ja tarjotin kaappi), vedettävällä tasolla, ylä-osa rulo-ovella työtaso tahmennuksella / lukituksella	1		
*peruskaappi (esim. neljällä laatikolla ja tarjotin kaappi), rulo-ovilla	2		
* kulmataso (näytölle+näppäimistölle) tarvittaessa läpivienti työtasoon kaapeleita varten , työtaso tarkistusmitattava paikan päällä	1		
* laitekaappi, yläosa rulo-ovella	1		
*yläkaappi, hyllyillä / tarjotinritilöillä, korkea 74 cm	2		
*allaskaappi altaalla sekä roska-aukko pöytä tasossa hammaslääkärin puolella allaskaapissa "roiskesuojat"			
kaappiin esiinvedettävä roskavaunu tai esiinvedettävä taso roskakorille	2		
*työ/atk-taso mittojen mukaan työtilaan sopiva, liikutettavalla laatikostolla , läpivienti työtasoon kaapeleita varten.Tarkistusmittaus tehtävä paikan päällä ennen tilausta.	1		
*yläkaappi hyllyillä ja ovella, mappisyvyys. Hml työpöydän yläpuolelle, korkea 74 cm	2		
*peilikaappi kahdella dispensoannostelijalla (pitkä varsi) sekä käsipyyheannostelijalla	1		
*erillinen keskusyksikkötyötilan alle (kiinnityskohta sovitaan asennusvaiheessa)	2		
*kaapelikouru työtilan alle	2		