

Liite 6.			
HAMMASHOITOYKSIKÖN JA TARVITTAVIEN LISÄLAITTEIDEN HANKINTA VUODELLE			
H018-12			
HAMMASHOITOLA: Maunulan ta/hh	Hoituhuone 97	yksikköhinta	yhteensä €
Tuote:	kpl		
*hammashoitoyksikkö sisältäen:			
- Imuton hoitokone	1		
- harjaton valomikromoottori ledillä	1		
- valoturbiiniletku	1		
- potilastuoli	1		
- potilasvalaisin ledillä	1		
- sylkykuppi	1		
- tarjotinpöytä:			
***yhdele kokonaiselle tarjottimelle	1		
- kuusitoimiruisku lämmityksellä	1		
-tehoimulaitteisto			
***imulaitteisto: klo 15 (koneimu)			
+ erottelusäiliö	1		
- teleskooppivarret	1		
- kevyet haitariletkut	1		
Lisälaitteet:			
* hyväksytty näyttö	1		
*valoturbiinin Multiflex-liitin led	1		
*valoturbiini, "norm.", pään korkeus 12,4-13,7 mm.			
Korkeus ilmoitettava.	10		
*kulmakappale, sininen (sis.pään) (1:1), yhtenäinen kappale,pään 12,2-14,1 mm.			
Korkeus ilmoitettava.	10		
*profylaksiakulmakappale (sis.pään) . kumikupin, harjan yms. kiinnitys kierteillä, yhtenäinen kappale	5		
*käsikappale, valolla	3		
*kuusitoimiruiskun holkki täydellisenä , metallinen	10		
*valosondi, multiflex-liittimeen sopiva	5		
*ultraäänilaitte vähintään 27 000MHz, valolla ja automaattisella jälkikäytöllä, käyttö hammashoidon eri osa-alueilla	1		
*valokovettajalaitte,LED, linssillä , unittiin, vähintään 1250mW/cm2	1		
*Lisä USB-portti klo 12 , kalusteisiin asennettuna	1		
*hammasröntgenkone	1		

*lattiapilari edelliseen	1		
*vanhojen koneiden purku ja poiskuljetus	1		
Lisäkaapit vanhoihin kaapistoihin			
suljinmekanismi hidasteilla (sulkeutuvat äänettämästi)			
*yläkaappi,hyllyllä / tarjotinritilöillä, matala 50 cm	2		
*hygieniakaappi hammaslääkärin puoleisen allaskaapin viereen			
kahdella laatikolla	1		