

Liite 8.	
HAMMASHOITOYKSIKÖN JA TARVITTAVIEN LISÄLAITTEIDEN HANKINTA VUODELLE	
H018-12	
HAMMASHOITOLA: VIRONNIEMEN HAMMASHOITOLA	Hoituhuone 314
Tuote:	kpl
*hammashoitoyksikkö sisältäen:	
- Imuton hoitokone	1
- harjaton valomikromoottori ledillä	1
- valoturbiiniletku	1
- potilastuoli	1
- potilasvalaisin ledillä	1
- sylkykuppi	1
- tarjotinpöytä:	1
***yhdele kokonaiselle tarjottimelle	1
- kolmitoimiruisku (ei lämmitystä)	1
-tehoimulaitteisto	1
***imulaitteisto: klo 15 (koneimu).Varaus .	
Erottelusäiliö oltava kuitankin koneessa valmiina.	1
- kevyet haitariletkut	1
Lisälaitteet:	
* hyväksytty näyttö	1
*valoturbiinin Multiflex-liitin led	1
*kolmitoimiruiskun holkki täydellisenä, metallinen	12
*ultraäänilaitte vähintään 27 000MHz, valolla ja automaattisella jälkikäytöllä, käyttö hammashoidon eri osa-alueilla	1
*valokovettajalaitte,LED, linssillä , unittiin, vähintään 1250mW/cm2	1
*USB 2.0 tuettu suukamera, kariesdiagnoosiikalla	1
*Lisä USB-portti klo 12 , kalusteisiin asennettuna	1
*vanhojen koneiden purku ja poiskuljetus	1

[illegible]