

Liite 2 .			
HAMMASHOITOYKSIKÖN JA TARVITTAVIEN LISÄLAITTEIDEN HANKINTA VUODELLE			
H018-12			
HAMMASHOITOLA: Maunulan ta/hh	Hoituhuone 94		
Tuote:	kpl	yksikköhinta	yhteensä €
*hammashoitoyksikkö sisältäen:			
- Imuton hoitokone	1		
- harjaton valomikromoottori ledillä	1		
- valoturbiiniletku	1		
- potilastuoli, liikuteltava, pyörillä ja lukitusmekanismilla	1		
- potilasvalaisin ledillä	1		
- tarjotinpöytä:	-		
***yhdele kokonaiselle tarjottimelle	1		
- kuusitoimiruisku lämmityksellä	1		
-tehoimulaitteisto	1		
*** imulaitteisto: klo 12, + erottelusäiliö. Putkitus ratkaisee hankinnan.	1		
***imulaitteisto: klo 15 (koneimu) + erottelusäiliö	1		
- teleskooppivarret	1		
- kevyet haitariletkut	1		
Lisälaitteet:			
* hyväksytty näyttö	1		
*valoturbiinin Multiflex-liitin led	2		
*valoturbiini, "norm.", pään korkeus 12,4-13,7 mm. Korkeus ilmoitettava.	10		
*kulmakappale, sininen (sis.pään) (1:1), yhtenäinen kappale,pään korkeus 12,2-14,1 mm. Korkeus ilmoitettava.	10		
*käsikappale, valolla	3		
*kuusitoimiruiskun holkki täydellisenä , metallinen	10		
*valosondi, multiflex-liittimeen sopiva	3		
*ultraäänilaitte vähintään 27 000MHz, valolla ja automaattisella jälkikäytöllä, käyttö hammashoidon eri osa-alueilla	1		
*valokovettajalaitte,LED, linssillä , unittiin, vähintään 1250mW/cm2	1		
*USB 2.0 tuettu suukamera, kariesdiagnostiikalla	1		
*Lisä USB-portti klo 12 , kalusteisiin asennettuna	1		
*hammasröntgenkone	1		
*lattiapilari edelliseen	1		

*vanhojen koneiden purku ja poiskuljetus	1		
Lisäkaapit olemassaoleviin kaapistoihin			
suljinmekanismi hidasteilla (sulkeutuvat äänettämästi)			
*yläkaappi,hyillyillä / tarjotinritilöillä, matala 50 cm	2		
*hygieniakaappi lääkärin puoleisen allaskaapin viereen			
kahdella laatikolla	1		