

Liite 13 .			
HAMMASHOITOYKSIKÖN JA TARVITTAVIEN LISÄLAITTEIDEN HANKINTA VUODELLE			
H018-12			
Porolahti/ Kilpailutetaan ehdollisena	3 hoituhuonetta		
Tuote:	kpl	yksikköhinta	yhteensä €
*hammashoitoyksikkö sisältäen:			
- Imuton hoitokone .	3		
- harjaton valomikromoottori ledillä	4		
- valoturbiiniletku	3		
- potilastuoli unit kiinnitteinen	3		
- potilasvalaisin ledillä	3		
- sylkykuppi	3		
- tarjotinpöytä:			
***yhdele kokonaiselle tarjottimelle	3		
- kolmitoimiruisku (ei lämmitystä)	3		
-tehoimulaitteisto			
***imulaitteisto: klo 15 (koneimu)			
+ erottelusäiliö	3		
*** imulaitteisto: klo 12,			
+ erottelusäiliö			
- teleskooppivarret	3		
- kevyet haitariletkut	3		
Lisälaitteet:			
* hyväksytty näyttö	3		
*valoturbiinin Multiflex-liitin led	4		
*valoturbiini, "mini", pään korkeus korkeintaan 12,3 mm. Korkeus ilmoitettava.	6		
*valoturbiini, "norm.", pään korkeus 12,4-13,7 mm. Korkeus ilmoitettava.	24		
*kulmakappale, punainen (1:5)	4		
*kulmakappale, sininen (sis.pään) (1:1), yhtenäinen kappale,pään korkeus 12,2-14,1 mm. Korkeus ilmoitettava.	24		
*kulmakappale, mini sininen (sis. pään), yhtenäinen kappale,pään korkeus korkeintaan 12,1 mm. Korkeus ilmoitettava.	6		
*profylaksiakulmakappale (sis.pään) . kumikupin, harjan yms. kiinnitys kierteillä, yhtenäinen kappale,	10		

*käsikappale, valolla	4		
*kolmitoimruiskun holkki täydellisenä, metallinen	50		
*valosondi, multiflex-liittimeen sopiva	15		
*ultraäänilaite vähintään 27 000MHz, valolla ja automaattisella jälkikäytöllä, käyttö hammashoidon eri osa-alueilla	3		
*valokovettajalaite,LED, linssillä , unittiin, vähintään 1250mW/cm2	3		
*USB 2.0 tuettu suukamera, kariesdiagnostiikalla	1		
*Lisä USB-portti klo 12 , kalusteisiin asennettuna	3		
*hammasröntgenkone	3		
*lattiapilari edelliseen	3		
*kompessori 3:lle yksikölle ilmankuivaajalla	1		
Kaapistot , sijoitettuna mukana tuleviin piirustuksiin			
suljinmekanismi hidasteilla (sulkeutuvat äänettämästi)			
Sisältäen:			
* peruskaappi (esim. kolmella laatikolla ja tarjotin kaappi), vedettävällä tasolla, ylä-osa rulo-ovella			
työtaso tahmennuksella / lukituksella	3		
*peruskaappi (esim. neljällä laatikolla ja tarjotin kaappi), rulo-ovilla	6		
* kulmataso (näytölle+näppäimistölle)			
tarvittaessa läpivienti työtasoon kaapeleita varten			
, työtaso tarkistusmitattava paikan päällä	3		
* laitekaappi, yläosa rulo-ovella	3		
*yläkaappi, hyllyillä / tarjotinritilöillä, korkea 74 cm	6		
*allaskaappi altaalla sekä roska-aukko pöytä tasossa hammaslääkärin puolella			
allaskaapissa "roiskesuojat"			
kaappiin esiinvedettävä roskavaunu tai esiinvedettävä taso roskakorille	3		
*työ/atk-taso mittojen mukaan työtilaan sopiva , läpivienti työtasoon kaapeleita varten.Tarkistusmittaus tehtävä paikan päällä ennen tilausta.	3		
*peiliikaappi kahdella dispensoannostelijalla (pitkä varsi)			
sekä käsipyyheannostelijalla	3		
*erillinen keskusyksikkötyötilan alle			
(kiinnityskohta sovitaan asennusvaiheessa )	6		
*kaapelikouru työtilan alle	6		

--	--	--	--