

Liite 5 .			
HAMMASHOITOYKSIKÖN JA TARVITTAVIEN LISÄLAITTEIDEN HANKINTA VUODELLE			
H018-12			
Maunulan terveysaseman hammashoitola	Hoituhuone 96		
Tuote:	kpl	yksikköhinta	yhteensä €
*hammashoitoyksikkö sisältäen:			
- Imuton hoitokone	1		
- harjaton valomikromoottori ledillä	1		
- valoturbiiniletku	1		
- potilastuoli	1		
- potilasvalaisin ledillä	1		
- sylkykuppi	1		
- tarjotinpöytä:			
***yhdele kokonaiselle tarjottimelle	1		
- kuusitoimiruisku lämmityksellä	1		
-tehoimulaitteisto	1		
***imulaitteisto: klo 15 (koneimu)			
+ erottelusäiliö	1		
- teleskooppivarret	1		
- kevyet haitariletkut	1		
Lisälaitteet:			
* hyväksytty näyttö	1		
*valoturbiinin Multiflex-liitin led	1		
*valoturbiini, "norm.", pään korkeus 12,4-13,7 mm. Korkeus ilmoitettava.	10		
*kulmakappale, sininen (sis.pään) (1:1), yhtenäinen kappale,pään korkeus 12,2-14,1 mm. Korkeus ilmoitettava.	10		
*käsikappale, valolla	3		
*kuusitoimiruiskun holkki täydellisenä , metallinen	10		
*valosondi, multiflex-liittimeen sopiva	3		
*ultraäänilaitte vähintään 27 000MHz, valolla ja automaattisella jälkikäytöllä, käyttö hammashoidon eri osa-alueilla	1		
*valokovettajalaitte,LED, linssillä , unittiin, vähintään 1250mW/cm2	1		
*Lisä USB-portti klo 12 , kalusteisiin asennettuna	1		
*hammasröntgenkone	1		
*lattiapilari edelliseen	1		
*vanhojen koneiden purku ja poiskuljetus	1		

Lisäkaapit vanhoihin kaapistoihin			
*yläkaappi,hyllyllä / tarjotinritilöillä, matala 50 cm	2		
hygieniakaappi lääkärin puoleisen allaskaapin vereen kahdella laatikolla	1		